

Příloha č. 2

Druhy nejčastějších závad a hodnocení jejich závažnosti

<i>Dokumentace</i>	hodnocení
Neúplné seznamy (nejsou uvedeny všechny používané přístroje)	1-2
V seznamech jsou uvedeny již vyřazené zdravotnické prostředky	1-2
V seznamech nejsou uvedena výrobní čísla	1-2
Výrobní čísla neodpovídají skutečnosti, není přesná identifikace přístroje	1-2
<i>Přístroje uvedené do provozu do konce roku 1999</i>	
Návod k použití nebyl během kontroly předložen.	1
Návod k použití není.	2
Návod k použití není úplný.	1-2
Nebylo předloženo prověření stavu u ZP třídy IIb a III v daném termínu.	2-3
Nebylo provedeno prověření stavu.	3
<i>Přístroje uvedené do provozu po 1.1.2000</i>	
Nebyl předložen návod k použití v českém (slovenském) jazyce.	2
Není prohlášení o shodě nebo ujištění o prohlášení (do 1.5.2004)	3
Přístroj nemá CE značku (po 1.5.2004)	3
<i>Všeobecné závady</i>	
Nepředložen protokol o pravidelné prohlídce přístroje.	2-3
Nepředložen protokol o elektrické kontrole přístroje.	2
Drobné chyby v servisních protokolech.	1
U ZP IIb) nebyl předložen protokol proškolení odborné obsluhy.	2-3
U sterilizátorů není provedena kontrola účinnosti.	2
Není provedena kontrola účinnosti sterilizátoru.	2
Nejsou provedeny u RTG přístrojů zkoušky dlouhodobé stability.	3
U stanovených měřidel nebylo provedeno metrologické ověření.	3