

Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky

Pro informaci uvádíme průběžný seznam nově vydaných českých technických norem se zaměřením na oblast zdravotnických prostředků, případně jejich změn nebo zrušení tak, jak jsou publikovány ve Věstníku ÚNMZ.

Označení normy	Název normy	Třídící znak
<i>Věstník ÚNMZ č. 4 (2014)</i>		
ČSN EN 14476 (Ruší ČSN EN 14476 +A1 vydanou 06/2007)	Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)	66 5217
ČSN EN 60601-1-9 Změna Z1	Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí	36 4801
<i>Vyhlášené ČSN</i> Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN		
ČSN EN ISO 8980-3 ed.2 Platí od 2014-05-01 (S účinností od 2016-10-31 se zrušuje ČSN EN ISO 8980-3 vyhlášenou 05/2005)	Oční optika – Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem – Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody	19 5105
ČSN EN ISO 14889 Platí od 2014-05-01 (Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14889 vyhlášenou 07/2009)	Oční optika – Brýlové čočky – Základní požadavky na dokončené nezabroušené brýlové čočky	19 5106
ČSN EN ISO 28888 Platí od 2014-05-01	Stomatologie – Screeningová metoda pro hodnocení erozního potenciálu ústních vod na zubní tvrdé tkáně	85 6027
ČSN EN ISO 8980-3 Změna Z1 Platí od 2014-05-01 (Souběžně platí s ČSN EN ISO 8980-3 ed.2, která tuto normu nahradí od 2016-10-31)	Oční optika – Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem – Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody	19 5105