



ORIGIO Inc  
2400 Hunters Way  
Charlottesville, VA 22911

Tel.: +1 434 979 4000  
Fax: +1 434 295 5912

19. června 2014

Předmět: **NALÉHAVÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ / NALÉHAVÉ STAŽENÍ  
PRODUKTU**

**PASTEUR PIPETTES**

**Kódy produktů PP-5.75-90, PP-9-90, PP-5.75-90L, PP-9-90PL**

**Lot: Odkaz na Pasteurovy pipety - Kód produktu – Výpis čísla šarže**

Vážený zákazníku,

Firma ORIGIO zjistila, že se na obalech se 3 Pasterovými pipetami vyskytlo narušení balení v podobě "pinhole". V důsledku toho nelze zaručit sterilitu obalu.

Po interním šetření jsme určili, že nejlepším postupem bude odstranění produktových kódů (všechny lots s vyznačeným datem ukončení platnosti 2. května 2015 nebo novější), které můžete mít ve svých skladových zásobách. **Vraťte prosím tyto Pasteurovy pipety co nejdříve svému distributorovi a získáte zpět úhradu nebo produkt vyměníme.**

Problémy s obalem mají následující 4 kódy.

- **PP-5.75-90, krabice 90, 30 sáčků se 3 pipetami, 5,75" (14,6cm) dlouhé**
- **PP-9-90, krabice 90, 30 sáčků se 3 pipetami, 9" (22,9cm) dlouhé**
- **PP-5.75-90PL, krabice 90, bavlněná ucpávka, 30 sáčků se 3 pipetami, 5,75" (14,6cm) dlouhé**
- **PP-9-90PL, krabice 90, bavlněná ucpávka, 30 sáčků se 3 pipetami, 9" (22,9cm) dlouhé**

**Pracujeme na řešení tohoto problému s balením a budeme Vás informovat, jakmile budeme mít balení se 3 produkty k dispozici k odeslání.**

Upřímně se omlouváme za nepříjemnosti, které Vám tento problém mohl způsobit ve Vašich laboratořích. Firma ORIGIO se zasazuje o poskytování výhradně těch nejlepších produktů v oblasti IVF (mimotělní oplodnění).

S pozdravem,

John Clay  
Ředitel pro registraci léčiv  
ORIGIO Inc.

**Kontakty:**