

PRO ZVEŘEJNĚNÍ

Sdělení SÚKL ze dne 10. 5. 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), informuje o neodkladném opatření týkající se léčivých přípravků:

Kód SÚKL	Název LP	Doplňek názvu	Velikost balení	Lahve osazené ventily typu Combilite, výrobní čísla ventilů
0125159	CONOXIA MEDICINÁLNÍ PLYN, STLAČENÝ	100% GAS CRS 2L/400L V	2 L	201411660522 až 201411661321
0125161	CONOXIA MEDICINÁLNÍ PLYN, STLAČENÝ	100% GAS CRS 10L/2200L V	10 L	

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, proto na základě § 33 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech přijal následující opatření:

stažení výše uvedených léčivých přípravků plněných do tlakových lahví k přepravě plynů osazených výše uvedenými ventily typu Combilite až z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu technických problémů na sestavě (ventil + tlaková lahev).

Mgr. Apolena Jonášová
Ředitelka sekce dozoru