

**Důležité informace o závadě v jakosti alkoholových čisticích tamponů společnosti
Triad Group a distribuovaných společností H&W, Belgie**

11. dubna 2011


Jak možná víte, společnost Merck Sharp & Dohme Corp., dceřiná společnost koncernu Merck & Co., Inc., informovala dopisem ze dne 7. února 2011 o závadě v jakosti (potenciální mikrobiální kontaminace) alkoholových čisticích tamponů, vyrobených společností Triad Group, USA. Tyto čisticí tampony distribuuje společnost H&W, Belgie a jsou obsaženy ve Vašem balení přípravku

PegIntron 100 mikrogramů, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněném peru
PegIntron 120 mikrogramů, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněném peru
PegIntron 150 mikrogramů, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněném peru
určeném pro jednorázové použití
(peginterferon alfa-2b)

nebo

IntronA 18 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru
IntronA 30 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru
IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru
(interferon alfa-2b).

Zde je přiložen obrázek tohoto tamponu.



Schering-Plough s.r.o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 221 771 250
Fax: +420 224 214 901

Jak již jsme ve výše zmíněném dopisu informovali, tato závada se týká POUZE alkoholových čistících tamponů vyrobených společností Triad Group a distribuovaných společností H&W, Belgie, které jsou součástí balení, v používání Vašeho přípravku byste měl/a pokračovat dle pokynů svého ošetřujícího lékaře. Ihned PŘESTAŇTE používat alkoholové tampony, které jsou obsaženy v balení Vašeho přípravku. Je však důležité pokračovat v používání předepsaných léků. V lékárně zakoupíte jiné alternativní alkoholové tampony nebo můžete místo alkoholových tamponů firmy Triad Group použít tampon ze sterilní gázy navlhčený v izopropylalkoholu.

Tímto si Vás dovoluujeme informovat, že na trh v ČR začala být dodávána **balení přípravku PegIntron 100, 120, 150 mikrogramů, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněném peru nebo IntronA 18, 30, 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru, která alkoholové čistící tampony neobsahují.** Opět použijte jiné alternativní alkoholové čistící tampony, které zakoupíte v lékárně, nebo můžete místo alkoholových tamponů firmy Triad Group použít tampon ze sterilní gázy navlhčený v izopropylalkoholu.

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně tohoto problému, prosím kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo Schering-Plough s.r.o., člena skupiny Merck & Co., Inc.
Evropská 2588/33a
160 00 Praha 6
Telefon: +420 233 010 111