

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

22. srpna 2012

Vážení zákazníci,

šetření týkající se procesu dohledu na trhu u následující položky s níže uvedeným číslem šarže *VACUETTE držák jehly excentrický HOLDEX sterilní*, o kterém jsme Vás informovali dne 20. července 2012 bylo ukončeno.

Na základě získaných zjištění jsme nebyli schopni zopakovat nález hlášeného uvolnění jehly z držáku.

Vzhledem k tomu není žádný důvod pro to, abyste pokračovali v blokování níže uvedeného produktu s příslušným číslem šarže na skladě a tento produkt může být dále používán v souladu s uživatelským návodem.

Kat.č.	Číslo šarže	Popis
450216	A12050BE	VACUETTE® Držák jehly excentrický HOLDEX

Přijměte prosím laskavě naše nejupřímnější omluvy za všechny nepříjemnosti, které mohly v této záležitosti vzniknout na Vašem pracovišti.

Pokud budete mít nějaké další otázky, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo asistenta prodeje firmy Greiner Bio – One.

S pozdravem



Mrs. Ingrid Kothbauer
Vedoucí obchodního oddělení

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
A-4550 Kremsmünster
Tel.: ++43(0)7583/6791-0
Fax: ++43(0)7583/6318
www.gbo.com