ThermoFisher SCIENTIFIC

The world leader in serving science

15. listopadu 2012

UPOZORNĚNÍ (FIELD SAFETY NOTICE)

Oxoid Baird Parker Agar, PO5014A
Číslo šarže 1262539

Zákazníkům se doporučuje následující:

Během technického vyšetřování bylo zjištěno, že část šarže 1262539 výro ku Oxoid Baird Parker Agar PO5014A může obsahovat nízký stupeň pomalu rostoucí mikrobiální kontaminace.

Používání výrobků této šarže může vést k hlášení nesprávných výsledků.

Zákazníci by měli přezkoumat výsledky získané za použití této šarže výrobku a zvážit opakování testů a/nebo vyhledat radu příslušného odborníka.

V souladu s naší politikou jakosti žádáme o likvidaci zbývajících zásob této šarže výrobku a kontaktování zákaznického servisu místního dodavatele Oxoid, který bezplatně poskytne náhradu výrobku.
Toto upozornění je nutno předat všem osobám ve vaší organizaci, kterých se týká. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl o tomto bezpečnostním nápravném opatření v terénu (Field Safety Corrective Action) informován.

V případě jakýchkoliv problémů spojených s tímto upozorněním nebo budete-li potřebovat bližší informace, kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory prostřednictvím místní pobočky Oxoid.*

S úctou,



Colin Booth
Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products

* OXOID CZ s.r.o., Kaštanová 64/539, 620 00 Brno, tel. 800 101 038, fax 800 101 058, oxoid.cz@thermofisher.com